Albor Químicos	**CERTIFICADO DE ANÁLISIS LAMINA CONTROL COLORACIÓN GRAM**	Código: M2-R-102 Fecha: 10/07/2026

Referencia:	**52011**		Fabricado por:	**QUÍMICOS ALBOR SAS**

Lote:	260723	Tamaño de lote:	200 Láminas	Presentación:	Cj x 5 Láminas y 10 Láminas		
Fecha fabricación:	10/07/2026	Fecha vencimiento:	07-2027	Fecha análisis:	10/07/2026	# de análisis:	**N.A**

MÉTODOS Y PARÁMETROS	**ESPECIFICACIONES**	**RESULTADO**
Organoléptico: Aspecto físico	Láminas portaobjeto con dos círculos conteniendo extendido con bacterias Gram POSITIVA y bacterias Gram NEGATIVA	Cumple
Desempeño: Coloración de Gram.	• Cocos GRAM POSITIVOS, microorganismos de estructura redonda de color violeta (correspondientes a la cepa ATCC Staphylococcus aureus 25923). • Bacilos GRAM NEGATIVOS, microorganismos de estructura cilíndrica teñidos color rosa con fucsina o rojo con safranina (correspondientes a la Cepa ATCC Escherichi coli 25922).	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad Luisa F. Posada Cruz Firma: Fernanda Posada Fecha: 10/07/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: *Rosmira Albor R.* Firma: Fecha: 10/07/2026