Albor Químicos	**CERTIFICADO DE ANÁLISIS BUFFER GIORDANO**	Código: M2-R-39 Fecha: 15/07/2026

Referencia:	**18001**		Fabricado por:	**QUÍMICOS ALBOR SAS**

Lote:	260732	Tamaño de lote:	200 L	Presentación:	500mL, 1000mL		
Fecha fabricación:	15/07/2026	Fecha vencimiento:	07-2028	Fecha análisis:	15/07/2026	# de análisis:	**N.A**

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado.	Cumple
Potenciometría: pH 20°C	pH 7,0 - 7,2	7,2
Densimetría: Densidad 20°C g/cm3	ρ 0.995 - 1.005	0,998
Desempeño: Tinción de Wright completa y estandarizada sobre lámina con extendido de sangre periférica	• Plaquetas con gránulos púrpura destacados y halómero visible. • Glóbulos blancos con citoplasma formado, cromatina nuclear bien definida y gránulos en diferentes tonos lila. Glóbulos rojos color rosado-salmón con halo central pálido sin cambios en su morfología. • Calidad de la coloración: Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad | Luisa F. Posada Cruz | Firma: Fernanda Posada | Fecha: 15/07/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: *Rosmira Albor R.* | Firma: | Fecha: 15/07/2026