| Albor Químicos | **CERTIFICADO DE ANÁLISIS WRIGHT** | Código: M2-R-97<br>Fecha: 15/07/2026 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia: | **12101** | | | Fabricado por: | **QUÍMICOS ALBOR SAS** | | |
| Lote: | 260733 | Tamaño de lote: | 180 L | Presentación: | 1000mL | | |
| Fecha fabricación: | 15/07/2026 | Fecha vencimiento: | 07-2028 | Fecha análisis: | 15/07/2026 | # de análisis: | **N.A** |

| MÉTODOS Y PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Organoléptico:**<br>Aspecto físico | Líquido azul oscuro, sin material particulado. | Cumple |
| **Espectrofotometría:**<br>Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 520 – 530 nm | ABS 0.35 - 0.60 | 523 nm<br>0,474 |
| **Espectrofotometría:**<br>Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 645 – 652 nm: | ABS 0.65 - 1.10 | 648 nm<br>0,704 |
| **Desempeño:**<br>Tinción de Wright completa y estandarizada sobre lámina con extendido de sangre periférica | • Plaquetas con gránulos púrpura destacados y halómero visible.<br>• Glóbulos blancos con citoplasma formado, cromatina nuclear bien definida y gránulos en diferentes tonos lila. Glóbulos rojos color rosado-salmón con halo central pálido sin cambios en su morfología.<br>• Calidad de la coloración: Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado. | Cumple |

Observaciones:

Analista de Calidad | Luisa F. Posada Cruz | Firma: Fernanda Posada | Fecha: 15/07/2026

**Concepto de calidad:** El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: *Rosmira Albor R.* | Firma: | Fecha: 15/07/2026