Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS ETANOL CETONA	Código: M2-R-60 Fecha: 17/07/2026

Referencia:	**12211**			Fabricado por:	**QUÍMICOS ALBOR SAS**		
Lote:	260735	Tamaño de lote:	1000 L	Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL		
Fecha fabricación:	17/07/2026	Fecha vencimiento:	07-2029	Fecha análisis:	17/07/2026	# de análisis:	**N.A**

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, olor característico, sin partículas en suspensión	Cumple
Densimetría: Densidad 20°C g/cm3	ρ 0.800 - 0.810	0,804
Desempeño: Tinción de Gram completa y estandarizada sobre láminas con frotis de bacterias Gram positivas y Gram negativas	• Control POSITIVO: Cocos Gram Positivos, se observan de color morado. • Control NEGATIVO: Bacilos Gram Negativos, se observan de color rosado. • Calidad de la coloración: Estructuras claras y definidas. Campo limpio sin precipitado, ni manchas. Buena y adecuada captación.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:	Fernanda Posada	Fecha:	17/07/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	*Rosmira Albor R.*	Firma:		Fecha:	17/07/2026