Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS WRIGHT	Código: M2-R-97 Fecha:29/07/2026

Referencia:	**12101**			Fabricado por:	**QUÍMICOS ALBOR SAS**		
Lote:	260741	Tamaño de lote:	180 L	Presentación:	200mL, 500mL		
Fecha fabricación:	27/07/2026	Fecha vencimiento:	07-2028	Fecha análisis:	29/07/2026	# de análisis:	**N.A**

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin material particulado.	Cumple
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 520 – 530 nm	ABS 0.35 - 0.60	523 nm 0,474
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 645 – 652 nm:	ABS 0.65 - 1.10	648 nm 0,704
Desempeño: Tinción de Wright completa y estandarizada sobre lámina con extendido de sangre periférica	• Plaquetas con gránulos púrpura destacados y halómero visible. • Glóbulos blancos con citoplasma formado, cromatina nuclear bien definida y gránulos en diferentes tonos lila. Glóbulos rojos color rosado-salmón con halo central pálido sin cambios en su morfología. • Calidad de la coloración: Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:	Fernanda Posada	Fecha:	29/07/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	*Rosmira Albor R.*	Firma:		Fecha:	29/07/2026