

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS LAMINA CONTROL COLORACIÓN GRAM	Código: M2-R-102 Fecha: 18/08/2026
---	---	---------------------------------------

Referencia:	52011			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260820	Tamaño de lote:	200 Láminas	Presentación:	Cj x 5 Láminas y 10 Láminas		
Fecha fabricación:	14/08/2026	Fecha vencimiento:	08-2027	Fecha análisis:	14/08/2026	# de análisis:	A260820
MÉTODOS Y PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES				RESULTADO	
Organoléptico: Aspecto físico		Láminas portaobjeto con dos círculos conteniendo extendido con bacterias Gram POSITIVA y bacterias Gram NEGATIVA				Cumple	
Desempeño: Coloración de Gram.		• Cocos GRAM POSITIVOS, microorganismos de estructura redonda de color violeta (correspondientes a la cepa ATCC Staphylococcus aureus 25923). • Bacilos GRAM NEGATIVOS, microorganismos de estructura cilíndrica teñidos color rosa con fucsina o rojo con safranina (correspondientes a la Cepa ATCC Escherichi coli 25922).				Cumple	
Observaciones:							
Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:			Fecha:	18/08/2026	
Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.							
Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:			Fecha:	18/08/2026	