

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS BUFFER GIORDANO	Código: M2-R-39 Fecha: 01/09/2026
---	--	--------------------------------------

Referencia:	18001			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260838	Tamaño de lote:	300L	Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL		
Fecha fabricación:	28/08/2026	Fecha vencimiento:	08-2028	Fecha análisis:	1/09/2026	# de análisis:	A260838

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado.	Cumple
Potenciometría: pH 20°C	pH 7,0 - 7,2	7,2
Densimetría: Densidad 20°C g/cm3	ρ 0.995 - 1.005	0,998
Desempeño: Tinción de Wright completa y estandarizada sobre lámina con extendido de sangre periférica	• Plaquetas con gránulos púrpura destacados y halómero visible. • Glóbulos blancos con citoplasma formado, cromatina nuclear bien definida y gránulos en diferentes tonos lila. Glóbulos rojos color rosado-salmón con halo central pálido sin cambios en su morfología. • Calidad de la coloración: Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:			
Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma: 	Fecha: 01/09/2026
Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.			
Director Técnico: Rosmira Albor R.	Firma: 	Fecha: 01/09/2026	