

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS LUGOL DE GRAM	Código: M2-R-62 Fecha: 08/09/2026
---	--	--------------------------------------

Referencia:	12213			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260914	Tamaño de lote:	800 L	Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL		
Fecha fabricación:	8/09/2026	Fecha vencimiento:	03-2029	Fecha análisis:	8/09/2026	# de análisis:	A260914
MÉTODOS Y PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES				RESULTADO	
Organoléptico: Aspecto físico		Líquido color café, traslúcido sin material particulado.				Cumple	
Volumétrico % de Yodo:		0,47% - 0,51 %				0,50%	
Volumétrico % de Yoduro de Potasio:		0,97 - 1,02 %				1,00%	
Desempeño: Tinción de Gram completa y estandarizada sobre láminas con frotis de bacterias Gram positivas y Gram negativas		- Control POSITIVO: Cocos Gram Positivos, se observan de color morado. - Control NEGATIVO: Bacilos Gram Negativos, se observan de color rosado. - Calidad de la coloración: Estructuras claras y definidas. Campo limpio sin precipitado, ni manchas. Buena y adecuada captación.				Cumple	
Observaciones:							
Analista de Calidad		Luisa F. Posada Cruz		Firma:		 Fecha: 08/09/2026	
Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.							
Director Técnico:		Rosmira Albor R.		Firma:		 Fecha: 08/09/2026	