

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS AZUL DE METILENO ZN	Código: M2-R 100 Fecha: 25/09/2026
---	--	---------------------------------------

Referencia:	12223	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260952	Tamaño de lote:	600 L
Fecha fabricación:	23/09/2026	Fecha vencimiento:	09-2029
		Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL
		Fecha análisis:	25/09/2026
		# de análisis:	A260952

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin material particulado.	Cumple
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 660 – 668 nm:	ABS 0.7328 - 0.8097	664 nm 0,758
Desempeño: Tinción de Ziehl Neelsen completa y estandarizada sobre láminas control coloración de BAAR:	- Control POSITIVO: Los Bacilos ácido alcohol resistentes se tiñen de color rojo. - Control NEGATIVO: No se observan Bacilos ácido-alcohol resistentes. - Calidad de la coloración: Estructuras definidas, sin precipitado, en el fondo del campo visual se observan células escamosas, moco, bacterias y leucocitos color azul.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	25/09/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	25/09/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------