Albor Químicos	**CERTIFICADO DE ANÁLISIS AGUA DESIONIZADA**	Código: M2-R-18 Fecha: 01/10/2026

Referencia:	**14009**		Fabricado por: **QUÍMICOS ALBOR SAS**

Lote:	C260937	Tamaño de lote:	N.A	Presentación:	20L,10L,4L,1L,500mL		
Fecha fabricación:	1/10/2026	Fecha vencimiento:	11-2026	Fecha análisis:	1/10/2026	# de análisis:	**0110**

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, inoloro, sin partículas en suspensión	Cumple
Conductimetría: Conductividad **25°C**	Máx. 1 µs/cm	0,48
Dureza: • Cloruros, •Sulfatos, • Calcio, •Magnesio	• Cloruros, •Sulfatos, •Calcio, •Magnesio: **NEGATIVO**	Cumple
pH	5 - 7	6,25

Observaciones:

Analista de Calidad | Luisa F. Posada Cruz | Firma: Fernanda Posada | Fecha: 01/10/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: *Rosmira Albor R.* | Firma: | Fecha: 01/10/2026